

# Awaria aparatu.

**Rodzaj aparatu :** EKG

**Nazwa aparatu :** AsCARD A4

**Numer fabr :** A4001

**Numer ewidenc :** 3158/02/1998/PEKG

**Data sporządź :** 2008-11-06

**Data awarii :** 26.02.2001

**Właściciel :** ZOZ Kołobrzeg

**Miejsce :** Pracownia EKG

**Gwarancja :** NIE

**Data upływu :** 26.02.2000

## Opis objawów i uszkodzeń :

Brak krzywej EKG - aparat drukuje linie proste.

## Konsekwencje organizacyjne awarii :

Brak możliwości wykonywania badań EKG.

Pacjenci odsyłani są na Izbę Przyjęć.

**Zlecono naprawę :** Tak

**Data zlecenia :** 26.02.2001

**Numer zlecenia :** 24/2001

## Nazwa firmy :

Zakład Aparatury Medycznej  
ZAMED  
Kołobrzeg  
Szpitalna 2B/1

## Kontakt :

serwisant: Kostałkiewicz Ryszard  
tel. 094 35-227-26  
kom. 500 100-100

**Przewidywany koszt naprawy :** 0 zł umowa

**Przewidywana data naprawy :** 27.02.2001

## Przewidywane czynności naprawcze :

Naprawa kabla EKG.

**Awarię usunięto w dniu :** 27.02.2001